

La dermite de couche chronique



Nous avons développé une solution « aérée » au problème des dermatites de couche chroniques résistantes aux soins de base corporels intensifs, secondés par l'utilisation de différentes crèmes (antifongiques, antibiotiques, barrière, mixte, etc.) chez les patients souffrant d'incontinence.

L'utilisation de condom gériatrique a des limites reliées au format des condoms sur le marché et à l'ap-

parition progressive d'une sensibilité à la colle au cours d'une utilisation prolongée.

Devant l'impossibilité d'aérer de manière adéquate cette région, nous avons élaboré un système simple à air pulsé permettant de ventiler toute la région hermétisée par la culotte d'incontinence à l'aide de :

- Un compresseur à air comme ceux que l'on utilise pour les masques d'aérosols nébulisés (nébulisateur Médi mist[®], PulmoAide[®] ou autres).
- Une rallonge d'aérosol en plastique suffisamment longue pour placer le compresseur dans un endroit isolé de la chambre du patient (garde-robe, salle de bain, etc.) de sorte à ce que le bruit ne l'incommode pas.
- Une sonde urinaire (18-20) placée directement dans la culotte d'incontinence au niveau scrotal ou périnéal durant la nuit pour les cas moins compliqués, ou plus longtemps pour les cas résistants.

Ce système « maison », créé il y a deux ans, nous a permis de résoudre des problèmes particulièrement tenaces retrouvés surtout chez les hommes diabétiques incontinents. Le seul inconvénient a été l'obligation de l'utiliser durant plusieurs semaines avec un sevrage progressif évitant ainsi les rechutes. *Clin*

Pierre Shebib, M. D.

CLSC-CHSLD Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est

Avez-vous un truc?

Partagez avec nos lecteurs vos trucs et conseils. Qui sait? Ce qui vous semble banal sera peut-être fort apprécié d'un collègue. Cent dollars seront versés à l'auteur d'un truc publié dans nos pages (longueur d'au moins 300 mots). Expédiez vos textes par télécopieur au (514) 695-8554 ou à notre adresse postale ou électronique :

Le Clinicien

955, boul. Saint-Jean

Bureau 306

Pointe-Claire (Québec) H9R 5K3

clinicien@sta.ca